

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Tergitol 15-S-9
(zamiennik Triton (R) X - 100)
Nr kat. 498418105

Odbiorca: VITAIA
Seria: **251212339**
Data nadania serii: 12/2025
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

| PARAMETR | WYMAGANIA | WYNIK |
|--|---|----------|
| Wygląd zewnętrzny | bezbarna lub jasnożółta, klarowna lub lekko mętna ciecz | |
| Barwa | max. 100 j. Hz | 62 j. Hz |
| pH (1% r-r wodny) | 5,5 – 7,5 | 6,3 |
| Temperatura mętnienia (1%, H ₂ O) | 57,5°C – 62,5°C | 61,2°C |
| Woda | max. 0,5% | 0,05% |

Partia: **25/06/01**

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.