FIRMA CHEMPUR®

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • **287-20-52**
Księgowość - tel. (032) • **767-93-11**
Dział Handlowy - tel. (032) • **767-88-91**
• **767-88-92**
fax (032) • **767-93-41**
Dział kontroli jakości - tel. (032) • **382-49-01 w. 25**

Nr rejestrowy BDO ● **000004363**

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Wzorzec konduktometryczny
o przewodności właściwej 147 µS/cm
(0,147 mS/cm)
(0,001M KCl)
(r-r do kalibracji konduktometra)
Nr kat. 177664902

Odbiorca: VITAIA
Seria: 250404344
Data nadania serii: 04/2025
Data ważności: 6 miesięcy od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Przewodność elektrolityczna właściwa	147µS/cm ±1µS/cm	147,13µS/cm

Partia: **24/11/01**

Przewodność elektrolityczna właściwa wzorca gwarantowana do trzeciego otwarcia pojemnika lub dłużej w zależności od sposobu używania oraz czystości powietrza w pomieszczeniu.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczątki i podpisu.