

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Ferroiny siarczan
roztwór $\frac{1}{40}$ molarny
(0,025 mol/dm³)
kompleks 1,10 fenantroliny z
siarczanem(VI) żelaza(II)
Nr. kat. 224238538

Odbiorca: VITAIA
Seria: **260417102**
Data nadania serii: 04/2026
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	ciemnoczerwona, klarowna ciecz	
Gęstość (20°C)	ok. 1,01 g/cm ³	1,0096 g/cm ³
Potencjał redoks E ₀ w 1 molowym H ₂ SO ₄	1,05 – 1,06	1,05
Przydatność jako wskaźnik redoks	wg przepisu	zgodny
Sprawdzenie widma absorpcyjnego	wg przepisu	zgodny

Partia: **25/08/01**



Przedstawione w świadectwie jakości wyniki badań dotyczące stężenia oraz zanieczyszczeń powstały na podstawie certyfikatów norm jakościowych dostawców i producentów surowców oraz na podstawie wyrywkowych badań laboratorium Firmy Chempur. Dane te nie zastępują badań przez odbiorcę po dostawie odczynników.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.