

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Wzorzec konduktometryczny
o przewodności właściwej 1413 μ S/cm
(1,413mS/cm)
(0,01M KCl, r-r do kalibracji konduktometru)
Nr kat. 177664900**

Odbiorca: VITAIA
Seria: 250627149
Data nadania serii: 06/2025
Data ważności: 6 miesięcy od daty nadania
serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Przewodność elektrolityczna właściwa (25°C)	1413 μ S/cm \pm 5 μ S/cm	1413,9 μ S/cm

Partia: 25/06/01

Przewodność elektrolityczna właściwa wzorca gwarantowana do trzeciego otwarcia pojemnika lub dłużej w zależności od sposobu używania oraz czystości powietrza w pomieszczeniu.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.