

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Smar silikonowy do celów  
laboratoryjnych**  
Nr kat. 322021011

Odbiorca: VITAIA  
Seria: 250808307  
Data nadania serii: 08/2025  
Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Gęstość	1,02 – 1,04g/cm <sup>3</sup>	zgodny
Ciepło właściwe	1200 – 1300J/kg*K	zgodny
Przewodnictwo cieplne	4,0 – 4,5J/m*s*K	zgodny
Penetracja smaru nieugniatanego	200 – 250mm	zgodny
Penetracja smaru ugniatanego	280 – 360mm	zgodny
pH wyciągu wodnego	5,8 – 6,8	zgodny

Partia: 25/02/01

**CHEMPUR**<sup>®</sup>