

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Płyn Helliga
Nr kat. 116950835

Odbiorca: VITAIA
Seria: 251031199
Data nadania serii: 10/2025
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Czerwień metylowa	wg przepisu	zgodny
Błękit bromotymolowy	wg przepisu	zgodny
NaOH 0,1 mol/dm ³	wg przepisu	zgodny
Alkohol etylowy 99,8%	wg przepisu	zgodny
Woda demi.	wg przepisu	zgodny
Barwa w zależności od pH:		
• pH=8	ciemnozielony	zgodny
• pH=7	jasnozielony	zgodny
• pH=6	bursztynowy	zgodny
• pH=5	jasnoczerwony	zgodny
• pH=4	wiśniowy	zgodny

Partia: **25/10/01**

Przedstawione w świadectwie jakości wyniki badań dotyczące stężenia oraz zanieczyszczeń powstały na podstawie certyfikatów norm jakościowych dostawców i producentów surowców oraz na podstawie wyrywkowych badań laboratorium Firmy Chempur. Dane te nie zastępują badań przez odbiorcę po dostawie odczynników.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.