

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### Odczynnik Nesslera

Nr kat. 116947602

Odbiorca: VITAIA

Seria: **260410107**

Data nadania serii: 04/2026

Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	lekko żółta ciecz	
Przydatność do oznaczania azotu amonowego w zakresie 0,04 – 0,8mg N/l	wg przepisu	zgodny
Przydatność do oznaczania azotu amonowego w zakresie 0,8 – 2,0mg N/l	wg przepisu	zgodny

Partia: **25/08/01**

*Możliwość wystąpienia osadu.  
Obecność osadu nie wpływa na czułość odczynnika.*

*Przedstawione w świadectwie jakości wyniki badań dotyczące stężenia oraz zanieczyszczeń powstały na podstawie certyfikatów norm jakościowych dostawców i producentów surowców oraz na podstawie wyrywkowych badań laboratorium Firmy Chempur. Dane te nie zastępują badań przez odbiorcę po dostawie odczynników.*

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.