

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Amonu diwodorofosforan cz. Ammonium dihydrogen phosphate pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$	min. 99%	zgodny
Substancje nierozp. w wodzie	max. 0,02%	zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,003%	zgodny
Azotany (NO_3)	max. 0,002%	zgodny
Siarczany (SO_4)	max. 0,01%	zgodny
Żelazo (Fe)	max. 0,004%	zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,001%	zgodny
Sód (Na)	max. 0,02%	zgodny
Potas (K)	max. 0,04%	zgodny
Arsen (As)	max. 0,0001%	zgodny
Wygląd zewnętrzny	bezbarwny przezroczysty kryształ lub białe bryły	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: